



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718,
213 2063 775

fax : 213 2063 533

e-mail: ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 1^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 10/2014

Σήμερα 16/01/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 5847/10-01-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 10/01/2014 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», δυναμικότητας 421 κλινών.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα πέντε (65) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος
Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγαλοπούλου – Πετράκου Ευαγγελία, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Κικίλιας Βασίλειος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαρούγκα Ασπασία, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδημητρίου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράμπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 254105/20-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Την αναβολή γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», δυναμικότητας 421 κλινών, μετά των συνημμένων στοιχείων αυτής, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, μέχρι την προσκόμιση των στοιχείων που ζητούνται με το υπ' αρ. πρωτ. 220569/19-12-2013 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τα οποία είναι:

- 1) Να προσκομιστούν κατόψεις **όλων** των ορόφων της κλινικής σε κατάλληλη **ευανάγνωστη** κλίμακα (ενδεικτική κλίμακα 1:50), όπου σε κάθε κάτοψη θα σημειώνονται, εκτός των άλλων απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. χρήσεις χώρων, διαστάσεις κλπ), οι θέσεις παραγωγής των *Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)* (με μπλέ χρώμα) και των *Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ)* (με κόκκινο χρώμα), η **συγκεκριμένη διαδρομή** που ακολουθείται σε **κάθε** όροφο μέχρι το **χώρο προσωρινής συγκέντρωσης αποβλήτων κάθε ορόφου**, καθώς και η διαδρομή που ακολουθείται από το χώρο προσωρινής συγκέντρωσης ΕΑΥΜ όλων των ορόφων του νοσοκομείου, προς το χώρο προσωρινής συγκέντρωσής τους (ο οποίος θα βρίσκεται εντός κάποιου υπογείου του Νοσοκομείου) μέχρι την αποθήκευση στον ψυκτικό θάλαμο.
- 2) Να προσκομιστεί κάτοψη όπου θα αποτυπώνεται ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των *Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)* μέχρι αυτά να καταλήξουν στον ψυκτικό θάλαμο. Να διευκρινιστεί για ποιο λόγο τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο και όχι εντός της κτιριακής εγκατάστασης της ΥΜ, όπως καθορίζεται με τη (γ) σχετική. Να σημειωθούν επίσης στις ανωτέρω κατόψεις όλων των ορόφων της ΥΜ, οι θέσεις παραγωγής των ΑΕΑ.
- 3) Να προσδιοριστεί, στις νέες κατόψεις, ποιός ή ποιοί από τους 9 ανελκυστήρες της κλινικής χρησιμοποιούνται για την **αποκλειστική μεταφορά αποβλήτων** κάθε ορόφου προς τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΑ και ΕΑΥΜ. Να περιγραφεί ο τρόπος απολύμανσής τους (δηλ. του ανελκυστήρα, των χώρων προσωρινής συγκέντρωσης και των ψυκτικών θαλάμων) και ο τρόπος διαχείρισης των στραγγισμάτων.
- 4) Να περιγραφεί αναλυτικά, βήμα προς βήμα η λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων (π.χ. χρόνος παραμονής αποβλήτων, θερμοκρασία λειτουργίας, χρόνος παραμονής, σχέδιο έκτατης ανάγκης κλπ).
- 5) **Να διερευνηθεί οπωσδήποτε η δυνατότητα μεταφοράς των ψυκτικών θαλάμων εντός της κτιριακής εγκατάστασης της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ), σύμφωνα με τη (γ) σχετική.**
- 6) Να σημειωθεί σε κάτοψη (τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης) υπό κλίμακα, η θέση των κάδων ΑΣΑ, της πρέσας συμπίεσης ΑΣΑ και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο αφορά στη διαχείριση των ΑΥΜ.
- 7) Να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο διαχειρίζονται τα ληγμένα φάρμακα, οι ληγμένες μπαταρίες, οι λαμπτήρες, τα χρησιμοποιημένα λίπη – έλαια και αν υπάρχουν συμβάσεις με αντίστοιχες αδειοδοτημένες εταιρείες.

- 8) Να προσκομιστούν ιδιωτικά συμφωνητικά σε ισχύ σχετικά με τη μεταφορά και διαχείριση των ΑΕΑ και των ΕΑΥΜ, διότι το προσκομισθέν που αφορά στη μεταφορά και αποτέφρωση των μολυσματικών αποβλήτων, έχει λήξει στις 17-6-2012.
- 9) Να προσκομισθούν αντιπροσωπευτικότερες φωτογραφίες των HOSPITAL BOXES, του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των ΕΑΥΜ κάθε ορόφου, του χώρου αποθήκευσης ΑΕΑ, τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς αποβλήτων, τους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, λαμπτήρων, μπαταριών. Η φωτογραφική αποτύπωση **πρέπει να αφορά όλη τη διαδικασία παραγωγής αποβλήτων από τη θέση παραγωγής τους μέχρι να καταλήξουν στον ψυκτικό θάλαμο ή αντίστοιχα στο χώρο αποθήκευσης ΑΕΑ.**
- 10) Να προσκομιστεί η ετήσια έκθεση παραγωγού **όλων** των αποβλήτων της κλινικής, για το έτος 2012.
- 11) Να διευκρινιστεί αν η κλινική διαθέτει ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες), ποια η ισχύς τους και ποια η θέση τους (σε κάτοψη). Να διευκρινιστεί επίσης αν οι ψυκτικοί θάλαμοι αποβλήτων έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικής σύνδεσης με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- 12) Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι προβλέψεις σχετικά με την πυρασφάλεια των χώρων της κλινικής καθώς και του χώρου του ψυκτικού θαλάμου και του χώρου αποθήκευσης ΑΕΑ.
- 13) Στο κεφ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων της ΥΜ, τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) καθώς και τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), δηλαδή τα ΕΑΥΜ, τοποθετούνται - συλλέγονται σε σακούλες κίτρινου χρώματος, δηλαδή οδηγούνται προς αποστείρωση. Σύμφωνα με την (γ) σχετική ΚΥΑ δίνονται προς αποστείρωση **μόνο τα ΕΑΑΜ**, μετά από κατάλληλο διαχωρισμό από τα υπόλοιπα ΑΥΜ. Σκοπός της αποστείρωσης είναι τα απόβλητα να προσομοιάζουν με τα οικιακά, μετά την επίτευξη της μικροβιακής μείωσης και όχι η μείωση του όγκου τους όπως αναγράφεται στη σελίδα 35 της ΜΠΕ. Επίσης μετά την αποστείρωση, τα απόβλητα πρέπει να είναι μη αναγνωρίσιμα, σύμφωνα με τη (γ) σχετική. Να διευκρινιστεί πού αποστειρώνονται και να προσκομιστούν συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρείες για το σκοπό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ